



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงาน
ซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๑๒,๗๒๒.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
สองบาทถ้วน) หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะพิจารณา
จากราคารวม ซึ่งจะต้องไม่เกินราคาต่อหน่วยที่กำหนดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ กอง
สาธารณสุข งานโรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กำหนดระยะเวลาในการส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามรายการ ดังนี้

๑.เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดัน	จำนวน ๒ เครื่อง	ราคา ๕๘๓,๒๒๒.-บาท
๒.เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์	จำนวน ๑ เครื่อง	ราคา ๑๒๙,๘๐๐.-บาท
๓.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะพัก	จำนวน ๑ เครื่อง	ราคา ๒๒๐,๐๐๐.-บาท
๔.เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบพกพา (Pulse Oximeter)จำนวน ๑ เครื่อง		ราคา ๓๐,๐๐๐.-บาท
๕.เครื่องปลูกทารกในครรภ์	จำนวน ๑ เครื่อง	ราคา ๓๐,๐๐๐.-บาท
๖.เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางหน้าผาก	จำนวน ๔ เครื่อง	ราคา ๙,๒๐๐.-บาท
๗.เครื่องฉายแสง	จำนวน ๒ เครื่อง	ราคา ๔๐,๐๐๐.-บาท
๘.เครื่องหล่อส้นเท้ากรอ	จำนวน ๑ เครื่อง	ราคา ๓๐,๐๐๐.-บาท
๙.เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์	จำนวน ๑ เครื่อง	ราคา ๗๓,๐๐๐.-บาท
๑๐.เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า(TENS ๗๐๐๐)	จำนวน ๒ เครื่อง	ราคา ๑๐,๐๐๐.-บาท
๑๑.คลิบเด็กอ่อน	จำนวน ๕ ชุด	ราคา ๕๗,๕๐๐.-บาท

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.phuketcity.org หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๖๓๕-๖๐๒๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๒๙/๒๕๖๑

การซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งต่อไปเรียกว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ กองสาธารณสุข งานโรงพยาบาล ตามรายการ ดังนี้

๑.เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดัน	จำนวน ๒ เครื่อง	ราคา ๕๘๓,๒๒๒.-บาท
๒.เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์	จำนวน ๑ เครื่อง	ราคา ๑๒๙,๘๐๐.-บาท
๓.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะพัก	จำนวน ๑ เครื่อง	ราคา ๒๒๐,๐๐๐.-บาท
๔.เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบพกพา (Pulse Oximeter)จำนวน ๑ เครื่อง		ราคา ๓๐,๐๐๐.-บาท
๕.เครื่องปลูกทารกในครรภ์	จำนวน ๑ เครื่อง	ราคา ๓๐,๐๐๐.-บาท
๖.เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางหน้าผาก	จำนวน ๔ เครื่อง	ราคา ๙,๒๐๐.-บาท
๗.เครื่องฉายแสง	จำนวน ๒ เครื่อง	ราคา ๔๐,๐๐๐.-บาท
๘.เครื่องหล่อลิ้นหิวกรอ	จำนวน ๑ เครื่อง	ราคา ๓๐,๐๐๐.-บาท
๙.เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์	จำนวน ๑ เครื่อง	ราคา ๗๓,๐๐๐.-บาท
๑๐.เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า(TENS ๗๐๐๐)	จำนวน ๒ เครื่อง	ราคา ๑๐,๐๐๐.-บาท
๑๑.คลิบเด็กอ่อน	จำนวน ๕ ชุด	ราคา ๕๗,๕๐๐.-บาท

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อเสนอแนะและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่มีนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
๑.เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดัน ๒.เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ ๓.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะพัก ๔.เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบพกพา (Pulse Oximeter) ๕.เครื่องปลูกทารกในครรภ์ ๖.เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางหน้าผาก ๗.เครื่องฉายแสง ๘.เครื่องหล่อลื่นหัวกรอ ๙.เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ ๑๐.เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า(TENS ๗๐๐๐) ๑๑.คลิบเด็กอ่อน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะพิจารณาจาก ราคารวม ซึ่งจะต้องไม่เกินราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้ของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ในแต่ละรายการ

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป จากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่ มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิด พลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดย ไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จ จริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริง ดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคา ใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ ประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่น ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะพิจารณายกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์

การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดั่งระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณ (งบค่าเสื่อม) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณ (งบค่าเสื่อม) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้อยจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้อยให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้อยค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อยค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับกำคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ไว้ชั่วคราว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

๗๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ คลินิกเด็กอ่อน จำนวน ๕ ชุด

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๕๗,๕๐๐.- บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๗,๕๐๐.- บาท
ซึ่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เห็นชอบและอนุมัติราคากลางดังกล่าวแล้ว
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๔.๑ บริษัท สยามนิเวศ จำกัด

๔.๒ บริษัท โอสิฟออุปกรณ์ทางแพทย์ จำกัด

๔.๓ ห้างหุ้นส่วนสามัญ รัชภัทร เมติคอล

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นายเสถียร แก้วพระปราบ.....

๕.๒ นางสาววันทิตย์ ตั้งคณานันท์.....

๕.๓ นายวีรากร นิยมญาติ.....

๕.๔ นางสาวอภิสรุ สุธะเอมโอช.....

๕.๕ นายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล.....

Handwritten signature and initials in the right margin, including a large curved line and several smaller signatures.

คลิบเด็กอ่อน จำนวน 5 ชุด

1. รายละเอียดคุณลักษณะ

- 1.1 ตัวคลิบเป็นพลาสติกใส มีความคงทนหนา 5 มิลลิเมตร (± 1 มิลลิเมตร)
- 1.2 ที่นอนทำจากฟองน้ำหนา 5 เซนติเมตร (± 0.5 เซนติเมตร) หุ้มด้วยผ้าหนังเทียม
- 1.3 โครงสร้างมั่นคง แข็งแรง ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด 2.5 เซนติเมตร
- 1.4 รถเข็น มีขนาด กว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 40 x 82 x 75 เซนติเมตร (± 0.5 เซนติเมตร)
- 1.5 ด้านล่างมีชั้นวางของทำด้วยสแตนเลส 1 ชั้น โดยมีขอบกั้นสูงอย่างน้อย 2.5 เซนติเมตร
อย่างน้อย 3 ด้าน
- 1.6 ระยะห่างระหว่างชั้นวางของถึงคานด้านบน 46 เซนติเมตร (± 0.5 เซนติเมตร)
- 1.7 ล้อขนาด 3 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ สามารถล็อกล้อได้อย่างน้อย 2 ล้อ
- 1.8 รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

2. ราคาากลางในการจัดหา

เป็นเงิน 57,500.-บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

3. ระยะเวลาในการส่งมอบ

ส่งมอบภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

วิมล แดงยุติ ๑๕/๗
อติสกร สุวณิช ๑๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๐๐๐.- บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท

ซึ่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เห็นชอบและอนุมัติราคากลางดังกล่าวแล้ว

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๔.๑ บริษัท สยามนิเวศ จำกัด

๔.๒ บริษัท ฟิสีโอเทค จำกัด

๔.๓ บริษัท เอ.เอ็น. เอ็นจิเนียริง พาร์ท จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นายเสถียร แก้วพระปราบ.....

๕.๒ นางสาววันนิตย์ ตั้งคณานันท์.....

๕.๓ นายวีรกร นิยมญาติ.....

๕.๔ นางสาวอภัสรา สุขेमโอช.....

๕.๕ นายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล.....

เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (TENS) จำนวน 2 เครื่อง

1. รายละเอียดคุณลักษณะ

1.1 คุณสมบัติทั่วไป

- 1.1.1 เป็นเครื่องขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
- 1.1.2 มีเอกสารรับรองคุณภาพมาตรฐาน หรือใบอนุญาตนำเข้า
- 1.1.3 รับประกันคุณภาพ 1 ปี

1.2 คุณสมบัติทางเทคนิค

- 1.2.1 ระบบการทำงาน 2 channels
- 1.2.2 การตั้งค่าแบบ digital
- 1.2.3 สามารถตั้งเวลาการทำงานได้ตั้งแต่ 5 – 60 นาที และต่อเนื่อง
- 1.2.4 มีรูปแบบการรักษา 5 โหมด คือ Burst (B), Normal (N), Modulation (M), Strength ระยะเวลา (SD1) และ Strength ระยะเวลา (SD2)
- 1.2.5 Pulse Rate อยู่ในช่วง 2-150 Hz, 1 Hz/ขั้นตอน
- 1.2.6 Pulse Width อยู่ในช่วง 50-300 microseconds, 10 microseconds/ขั้นตอน
- 1.2.7 Pluse Amplitude (Intensity) 0-100 mA

2. ราคาากลางในการจัดหา

เป็นเงิน 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

3. ระยะเวลาในการส่งมอบ

ส่งมอบภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

✓
วิภากร นอมกุลต์ ๑๗
อัครก ฐานมีโต ๒

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เครื่องฉายแสง จำนวน 2 เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐,๐๐๐.- บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.- บาท
ซึ่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เห็นชอบและอนุมัติราคากลางดังกล่าวแล้ว
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
- ๔.๑ บริษัท สยามนิเวศ จำกัด
- ๔.๒ บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด
- ๔.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอเตอร์เกต
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ นายเสถียร แก้วพระปราบ.....
- ๕.๒ นางสาววันทนิษฐ์ ตั้งคณานันท์.....
- ๕.๓ นายวีรากร นิยมญาติ.....
- ๕.๔ นางสาวอภิสรรา สุขेमโอบ.....
- ๕.๕ นายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล.....

เครื่องฉายแสง จำนวน 2 เครื่อง

1. รายละเอียดคุณลักษณะ

1.1 คุณสมบัติทั่วไป

- 1.1.1 สามารถใช้ได้กับกระแสไฟฟ้าสลับ 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ต
- 1.1.2 มีเอกสารรับรองคุณภาพมาตรฐาน หรือใบอนุญาตนำเข้า
- 1.1.3 รับประกันคุณภาพการใช้งานปกติ 1 ปี

1.2 คุณสมบัติทางเทคนิค

1.2.1 หลอดกำเนิดแสงเป็น LED (Light Emitting Diode) ทำให้มีความร้อนต่ำ สามารถยืดอายุการใช้งานได้ยาวนาน

1.2.2 LED มีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 430-490 nm และมีความเข้มแสง Light Intensity อยู่ในช่วง 1,400 – 2,000 mW/cm³

1.2.3 มีรูปลักษณะจับถนัดมือ ระบบไร้สาย ใช้งานสะดวก สามารถเคลื่อนย้ายได้

1.2.4 ความเข้มแสงคงที่ตลอดขณะฉายแสง และไม่เกิดความร้อนที่เป็นอันตรายต่อฟันและเนื้อเยื่อในช่องปาก

1.2.5 มี Curing Program ให้เลือกใช้งานได้ 3 mode คือ

Full power mode : ฉายแสงด้วยความเข้มสูงสุดตลอดการใช้งาน

Pulse mode : ฉายแสงเป็นช่วง 0.5 วินาที และหยุดระหว่างช่วง 0.5 วินาที

Ramp-up full-power mode : เพิ่มความเข้มแสงถึงค่าสูงสุดในระยะเวลาครึ่งหนึ่งของเวลาที่ตั้งไว้

1.2.6 มีปุ่มควบคุมการเปิด-ปิดหลอดกำเนิดแสงอยู่ที่ด้ามจับ (Handpiece) และสามารถปรับเปลี่ยนเวลาทำงานได้อย่างน้อย 5 ระดับ ได้แก่ 5, 10, 20, 30 และ 40 วินาที (การตั้งเวลา 5 วินาทีจะมีเฉพาะ full power mode เท่านั้น) การปรับเปลี่ยนทำได้สะดวกโดยกดปุ่มที่ด้ามจับ มีเสียงหรือสัญญาณแสดงระยะเวลาการทำงาน และเมื่อครบระยะเวลาการทำงานจะมีสัญญาณเตือนพร้อมทั้งตัดระบบการทำงาน

1.2.7 แท่งนำแสงมีปลายโค้งงอ หมุนได้รอบทิศ เป็นชนิด Fiber optic ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร สามารถครอบคลุมพื้นที่การฉายแสงได้อย่างทั่วถึง และลดการกระจายของแสง

1.2.8 แท่งนำแสงสามารถดึงออกจาก Handpiece เพื่อทำความสะอาด และนำไปฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง Autoclave ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 15 นาที

1.2.9 มี Indicator แสดงปริมาณแบตเตอรี่ และมีสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดหรือหมด

1.2.10 มีพัดลมภายใน Handpiece เพื่อช่วยระบายความร้อน และยืดอายุการใช้งานของ LED

1.2.11 แบตเตอรี่เป็นชนิด Lithium Ion สามารถถอดเปลี่ยนได้

- 1.2.12 สามารถทำงานในระบบไร้สายติดต่อกันได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 40 นาที
- 1.2.13 มี Sleep Mode เมื่อไม่มีการใช้งานเครื่องนานกว่า 3 นาที เพื่อประหยัดพลังงาน
- 1.2.14 มี Build-in Radiometer วัดความเข้มแสง ติดตั้งในตัวฐานวาง
- 1.2.15 สามารถเสียบ Adapter เข้ากับ Handpiece ได้โดยตรง เพื่อใช้ในกรณีที่แบตเตอรี่หมด

หมด

- 1.2.16 ใช้กำลังไฟฟ้าน้อยกว่า 15 วัตต์
- 1.2.17 มีระบบระบายความร้อนที่สามารถทำงานและหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ เพื่อลดความร้อนทำให้เครื่องใช้งานได้นาน

2. ราคากลางในการจัดหา

เป็นเงิน 40,000.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

3. ระยะเวลาในการส่งมอบ

ส่งมอบภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย



วิททยา นิตยพงศ์



อัครวิทย์ สุขเกษมโชค



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดัน จำนวน 2 เครื่อง /
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘๓,๒๒๒.- บาท ✓

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๘๓,๒๒๒.- บาท
ซึ่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เห็นชอบและอนุมัติราคากลางดังกล่าวแล้ว
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๔.๑ บริษัท สยามนิวเทค จำกัด

๔.๒ บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด

๔.๓ บริษัท บีโวด์ อีโค โซลูชั่นส์ จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นายเสถียร แก้วพระปราบ.....

๕.๒ นางสาววันทนิษฐ์ ตั้งคณานันท์..... *สม*

๕.๓ นายวีรากร นิยมญาติ..... *โสม ดงพำ*

๕.๔ นางสาวอภิสรุ สุขเอมโอช..... *อภิสรุ สุขเอมโอช*

๕.๕ นายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล..... *ก*

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดัน จำนวน 2 เครื่อง

1. รายละเอียดคุณลักษณะ

1.1. คุณสมบัติทั่วไป

- 1.1.1 เป็นเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยแรงดันและปริมาตรแบบเคลื่อนย้ายได้ สามารถใช้กับผู้ป่วยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่
- 1.1.2 สามารถใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินได้ทั้งในโรงพยาบาลและรถพยาบาล พร้อมทั้งผ่านมาตรฐานสำหรับการใช้งานบนเฮลิคอปเตอร์ และที่ที่มีการสั่นสะเทือน
- 1.1.3 สามารถใช้ได้ทั้งผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจและใส่หน้ากากช่วยหายใจ
- 1.1.4 มีจอภาพสี แสดงค่าที่ตั้งและแสดงผลขณะทำการช่วยหายใจหรือขณะทำงานในโหมดต่างๆ
- 1.1.5 แผงควบคุมการทำงานของเครื่องเป็นทั้งระบบปุ่มกด และแบบปุ่มหมุน
- 1.1.6 มีระบบการจัดการสำหรับการช่วยชีวิตฉุกเฉินในโหมด RSI และ CPR ตาม ERC Guideline
- 1.1.7 สามารถเก็บบันทึกข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องผ่านทางแผ่นบันทึกข้อมูลได้
- 1.1.8 สามารถใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ในรถพยาบาล หรือไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ ความถี่ 50 Hz พร้อมมีแบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องสำรองไฟนานไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง

1.2 คุณสมบัติทางเทคนิค

- 1.2.1 มีน้ำหนัก สามารถหิ้วและแขวนข้างเตียงผู้ป่วยขณะทำการเคลื่อนย้าย น้ำหนักตัวเครื่องรวมแบตเตอรี่ประมาณ 2.5 กิโลกรัม
- 1.2.2 ทำงานที่แรงดันแก๊สในช่วง 2.7 ถึง 6 บาร์
- 1.2.3 จอภาพสี แบบ TFT color display ขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 320 x 240 พิกเซล
- 1.2.4 สามารถเลือกโหมดในการช่วยหายใจได้ดังนี้
 - 1.2.4.1 การหายใจแบบควบคุมด้วยปริมาตรในโหมดการช่วยหายใจ IPPV
 - 1.2.4.2 การหายใจแบบควบคุมด้วยแรงดันในโหมดการช่วยหายใจ CPAP
 - 1.2.4.3 การจัดการสำหรับการช่วยชีวิตฉุกเฉินในโหมด RSI และ CPR
 - 1.2.4.4 มีโหมดฉุกเฉินสำหรับการช่วยหายใจ (Emergency mode) ทั้งในผู้ใหญ่ เด็กโต และเด็กเล็ก เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน
- 1.2.5 สามารถเลือกรูปแบบการให้ออกซิเจนได้ดังนี้
 - 1.2.5.1 การให้ออกซิเจนตามความต้องการ (Demand) ผ่านหน้ากากช่วยหายใจ
 - 1.2.5.2 ในการช่วยหายใจ สามารถให้ออกซิเจนที่ความเข้มข้น 100% (No Air Mix) และแบบผสมอากาศภายนอก (Air Mix)
- 1.2.6 สามารถเลือกรูปแบบการตั้งค่าการช่วยหายใจได้ดังนี้
 - 1.2.6.1 สามารถตั้งปริมาตรอากาศในการหายใจแต่ละครั้ง (Tidal Volume) ได้ตั้งแต่ 50 ถึง 2000 มิลลิลิตร
 - 1.2.6.2 สามารถปรับตั้งการหายใจได้ตั้งแต่ 5 ถึง 50 ครั้งต่อนาที
 - 1.2.6.3 สามารถปรับตั้งแรงดันจำกัดได้ตั้งแต่ 10 ถึง 65 มิลลิบาร์

1.2.6.4 สามารถตั้งความดันบวกในระบบ PEEP ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 20 มิลลิบาร์

1.2.6.5 มีอัตราส่วนของเวลาในการหายใจเข้า (Inspiration) ต่อการหายใจออก (Expiration) ที่ 1:1.7

1.2.7 จอภาพแสดงผล สามารถแสดงอย่างน้อย ดังนี้

1.2.7.1 แสดงโหมดการช่วยหายใจและการทำงานต่างๆของเครื่อง

1.2.7.2 แสดงมิเตอร์แรงดันในทางเดินหายใจขณะทำการช่วยหายใจ

1.2.7.3 แสดงปริมาณอากาศที่ผู้ป่วยแบบ Tidal Volume

1.2.7.4 แสดงปริมาณอากาศที่ผู้ป่วยแบบ Minute Volume

1.2.7.5 แสดงความถี่ในการช่วยหายใจ (Respiration frequency)

1.2.7.6 แสดงค่าความดันบวกในระบบ PEEP

1.2.7.7 แสดงช่วงเวลาในการหายใจเข้า (Inspiration Time : Ti)

1.2.7.8 แสดงค่าความเข้มข้นของออกซิเจน

1.2.7.9 แสดงสัญลักษณ์แสดงกำลังไฟในแบตเตอรี่

1.2.8 ส่วนของระบบความปลอดภัยและสัญญาณเตือน

1.2.8.1 มีระบบสัญญาณเตือนเป็นชนิดเสียง แสง และข้อความเตือน บอกสาเหตุของความผิดปกติ

1.2.8.2 สามารถหยุดเสียงเตือนไว้ชั่วคราวได้

1.2.8.3 มีระบบแสงสัญญาณเตือนภายนอกหน้าจอสำหรับการมองเห็นได้หลายทิศทาง

1.2.9 ในการช่วยหายใจ สามารถตั้งค่าสำหรับการช่วยหายใจได้โดยง่ายและรวดเร็วจากการป้อนข้อมูลความสูงของผู้ป่วย

1.2.10 สามารถเก็บบันทึกค่าที่ตั้งไว้สำหรับผู้ป่วยรายสุดท้าย โดยผู้ใช้ไม่ต้องปรับตั้งค่าใหม่หลังเปิดเครื่อง

1.2.11 แบตเตอรี่ของเครื่องเป็นชนิดลิเธียมแบบชาร์จไฟใหม่ได้ บนแบตเตอรี่มีสัญญาณไฟ LED แสดงกำลังไฟ

1.2.12 สามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่จากตัวเครื่องได้ง่ายโดยไม่ใช้เครื่องมือ

1.2.13 มีโหมดสำหรับตรวจเช็คเครื่อง (Function Check) ที่ผู้ใช้สามารถทำการตรวจเช็คระบบการทำงานของเครื่อง

1.2.14 มีโหมดจำลองการใช้งาน (Simulation mode) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถฝึกหัดการใช้งาน

1.2.15 สามารถใช้งานในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -18 ถึง +50 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 95% ความดันอากาศช่วงตั้งแต่ 540 ถึง 1,100 เฮกโตปาสคาล และที่ระดับไม่น้อยกว่า 5,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

1.2.16 อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1) ท่อช่วยหายใจพร้อมวาล์วผู้ป่วย | จำนวน 1 ชุด |
| 2) หน้ากากสำหรับผู้ใหญ่ | จำนวน 1 ชุด |
| 3) สายตรวจแรงดันอากาศ | จำนวน 1 ชุด |
| 4) ชุดสายไฟสำหรับ CPR | จำนวน 1 ชุด |
| 5) แบตเตอรี่แบบชาร์จ | จำนวน 1 ชุด |
| 6) ชุดชาร์จไฟแบตเตอรี่ | จำนวน 1 ชุด |

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะพัก จำนวน ๑ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๐,๐๐๐.๓๗.- บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐.๐๐.- บาท
ซึ่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เห็นชอบและอนุมัติราคากลางดังกล่าวแล้ว
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๔.๑ บริษัท สยามนิเวศ จำกัด

๔.๒ บริษัท เมดิทอป จำกัด

๔.๓ บริษัท บีโวด์ อีโค โซลูชั่นส์ จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)


๕.๑ นายเสถียร แก้วพระปราบ.....

๕.๒ นางสาววันทนิษฐ์ ตั้งคณานันท์.....

๕.๓ นายวีรากร นิยมญาติ.....

๕.๔ นางสาวอภิสรรา สุขेमไอช.....

๕.๕ นายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล.....


Handwritten signature and initials in blue ink, including a large flourish at the top and several smaller signatures below.

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะพัก จำนวน 1 เครื่อง

1. รายละเอียดคุณลักษณะ

1.1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1.1 เป็นเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ สามารถตรวจได้ครบทั้ง 12 leads แบบอัตโนมัติ ใช้งานได้กับเด็กและผู้ใหญ่

1.1.2 เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย หรือสหรัฐอเมริกา หรือทวีปยุโรป

1.1.3 มีเอกสารรับรองคุณภาพมาตรฐาน หรือใบอนุญาตนำเข้า

1.1.4 รับประกันคุณภาพ 1 ปี

1.2 คุณสมบัติทางเทคนิค

1.2.1 จอภาพสามารถแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้พร้อมกัน 12 Leads โดยสามารถเลือกแสดง 3, 6, 12 Leads

1.2.2 สามารถส่งข้อมูลผ่าน DICOM ได้

1.2.3 สามารถเลือกอัตราการขยายสัญญาณ (sensitivity/gain) ได้อย่างน้อย 2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mV

1.2.4 สามารถประมวลคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ 12 Leads พร้อมกันเป็นเวลา 10 วินาที

1.2.5 มีอัตราการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Rate) ไม่น้อยกว่า 16,000 ตัวอย่าง/วินาที

1.2.6 สามารถ Detect Arrhythmia ได้อัตโนมัติ

1.2.7 ใช้โปรแกรมการวัดและประมวลผล (Measurement and Interpretation) แบบ Marquette 12SL ECG Analysis

1.2.8 มีโปรแกรมลดการรบกวนสัญญาณ Cubic Spine algorithm

1.2.9 สามารถเลือกการกรองสัญญาณ Low pass filter ได้ตั้งแต่ 20, 40, 100 หรือ 150 เฮิรท์

1.2.10 มีโปรแกรมตรวจจับสัญญาณ Pace maker ได้ (Pace Detection)

1.2.11 มีฟังก์ชัน Vectorcardiography

1.2.12 รองรับการจัดตั้งระบบ ECG Stress Test / Rest ECG / Muse / EMR

1.2.13 มี Common mode rejection กำจัดสัญญาณรบกวน ไม่น้อยกว่า 100 dB

1.2.14 สามารถบันทึกสัญญาณ ECG แบบ Full disclosure ได้

1.2.15 มี ST measurement แสดง ST amplitude, ST Slope

2. ราคาากลางในการจัดหา

เป็นเงิน 220,000.-บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

3. ระยะเวลาในการส่งมอบ

ส่งมอบภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางหน้าผาก จำนวน 4 เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๒๐๐.- บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙,๒๐๐.- บาท
ซึ่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เห็นชอบและอนุมัติราคากลางดังกล่าวแล้ว
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๔.๑ บริษัท สยามนิเวศ จำกัด

๔.๒ บริษัท ลัค.เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด

๔.๓ บริษัท บีโวด์ อีโค โซลูชั่นส์ จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นายเสถียร แก้วพระปราบ.....

๕.๒ นางสาววันทนิษฐ์ ตั้งคณานันท์.....

๕.๓ นายวีรากร นิยมญาติ.....

๕.๔ นางสาวอภัสรา สุขเอมโอช.....

๕.๕ นายแพทย์กิตติ ประมัตผล.....

W
อ.ท
วิภา รัตน์
อ.วิภา สุขเอมโอช
A

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางหน้าผาก จำนวน 4 เครื่อง

1. รายละเอียดคุณลักษณะ

- 1.1 วัดอุณหภูมิร่างกายจากบริเวณหน้าผาก โดยอุปกรณ์ไม่สัมผัสกับร่างกาย
- 1.2 มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณเตือนเมื่อวัดอุณหภูมิเสร็จ
- 1.3 เครื่องมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา จับถนัดมือ
- 1.4 สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ผู้ป่วยเด็กถึงผู้ใหญ่
- 1.5 จอแสดงผลอุณหภูมิเป็นตัวเลข หน่วยองศาเซลเซียส
- 1.6 อ่านอุณหภูมิได้รวดเร็ว แม่นยำ
- 1.7 มีเอกสารรับรองคุณภาพมาตรฐาน หรือใบอนุญาตนำเข้า
- 1.8 รับประกันคุณภาพ 1 ปี

2. ราคาากลางในการจัดหา

เป็นเงิน 9,200.-บาท (เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)





3. ระยะเวลาในการส่งมอบ

ส่งมอบภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

✓
วิภาณี แสงทอง
อ้อลัก สยามไส

๑๓

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เครื่องปลูกทหารกในครรภ จำนวน ๑ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐,๐๐๐.- บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท
ซึ่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เห็นชอบและอนุมัติราคากลางดังกล่าวแล้ว
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
- ๔.๑ บริษัท สยามนิเวศ จำกัด
- ๔.๒ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
- ๔.๓ บริษัท เมติก โลฟ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ นายเสถียร แก้วพระปราบ.....
- ๕.๒ นางสาววันทนิษฐ์ ตั้งคณานันท์..... 
- ๕.๓ นายวีรากร นิยมญาติ..... 
- ๕.๔ นางสาวอภัสรา สุขเอ็มไอซ์..... 
- ๕.๕ นายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล..... 

เครื่องปลูกทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง

1. รายละเอียดคุณลักษณะ

1.1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1.1 ใช้ในการกระตุ้นทารกในครรภ์ให้ตื่นเพื่อทำการทดสอบ NST

1.1.2 สามารถประกอบใช้งานกับเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก และอัตราการเต้นหัวใจทารกในครรภ์ทั่วไปได้

1.2 คุณสมบัติทางเทคนิค

1.2.1 เป็นเครื่องกำเนิดแรงสั่นสะเทือนในระดับความถี่ 30 ถึง 80 เฮิร์ตซ์ และความเข้มของการสั่นสะเทือนในระดับไม่น้อยกว่า 100 Gals

1.2.2 สามารถปรับเลือกการสั่นสะเทือน แบบต่อเนื่อง (Continuous mode) หรือแบบ 3 วินาที (3 second mode)

6. ราคาากลางในการจัดหา

เป็นเงิน 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

7. ระยะเวลาในการส่งมอบ

ส่งมอบภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

W. 

วิภา โฉมทุก



อัครา สุโขทัย



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๓,๐๐๐.- บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๗๓,๐๐๐.- บาท
ซึ่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เห็นชอบและอนุมัติราคากลางดังกล่าวแล้ว
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๔.๑ บริษัท สยามนิเวศ จำกัด

๔.๒ บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด

๔.๓ บริษัท บีโวด์ อีโค โซลูชั่นส์ จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นายเสถียร แก้วพระปราบ.....

๕.๒ นางสาววันทนิษฐ์ ตั้งคณานันท์.....

๕.๓ นายวีรากร นิยมญาติ.....

๕.๔ นางสาวอภัสรา สุขเอ็มโอช.....

๕.๕ นายแพทย์กิตติ ประมัตถผล.....

or m

วกร ประสงค์

อภัสรา สุขเอ็มโอช

เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone) จำนวน 1 เครื่อง

1. รายละเอียดคุณลักษณะ

1.1 คุณสมบัติทั่วไป

1.1.1 เครื่องฟังเสียงหัวใจและอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์มารดาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Fetal Doppler)

1.1.2 เครื่องชนิดวางบนโต๊ะ มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย

1.1.3 แบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องชนิดประจุไฟใหม่ได้

1.1.4 สามารถใช้ได้กับกระแสไฟฟ้าสลับ 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ต

1.1.5 มีเอกสารรับรองคุณภาพมาตรฐาน หรือใบอนุญาตนำเข้า

1.1.6 รับประกันคุณภาพการใช้งานปกติ 1 ปี

1.2 คุณสมบัติทางเทคนิค

1.2.1 จอแสดงผล ชนิด LCD แสดงค่า Fetal Heart Rate, Pulse Rate และสถานะแบตเตอรี่

1.2.2 ระบบประมวลผลแบบ Auto-correlation

1.2.3 มีปุ่มหรือสวิทช์ปรับความดังของเสียงจังหวะการเต้นหัวใจทารก

1.2.4 เครื่องสามารถรองรับการใช้งานกับหัวตรวจ (Probe) ได้ดังนี้

1) High sensitivity ความถี่ขนาด 2 MHz หรือ 3 MHz สำหรับใช้ฟังเสียงหัวใจของทารก

2) High sensitivity ความถี่ขนาด 4, 5, 8 และ 10 MHz สำหรับใช้ฟังอัตราการไหลของเลือดของทารก

3) หัวตรวจสำหรับวัดอัตราการไหลและแรงดันของหลอดเลือด

4) หัวตรวจความถี่ 8 MHz สำหรับใช้ในการผ่าตัด

5) เครื่องมีระบบปิดการทำงานเองอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน

6) มีช่องสำหรับวางหัวตรวจเพื่อป้องกันการหล่นหรือสูญหาย

2. ราคาากลางในการจัดหา

เป็นเงิน 73,000.-บาท (เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

3. ระยะเวลาในการส่งมอบ

ส่งมอบภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

วิภา วัฒนศักดิ์

อ.พ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด แบบพกพา (Pulse Oximeter)
.....จำนวน ๑ เครื่อง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐,๐๐๐.- บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท
.....ซึ่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เห็นชอบและอนุมัติราคากลางดังกล่าวแล้ว
.....เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๔.๑ บริษัท สยามนิเวศ จำกัด

๔.๒ บริษัท อีโนเวชั่นส์ จำกัด

๔.๓ บริษัท บีโวด์ อีโค โซลูชั่นส์ จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นายเสถียร แก้วพระปราบ.....

๕.๒ นางสาววันทนิษฐ์ ตั้งคณานันท์.....

๕.๓ นายวีรากร นิยมญาติ.....

๕.๔ นางสาวอภิสรรา สุขเอมโอช.....

๕.๕ นายแพทย์กิตติ ประมัตถผล.....

เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด แบบพวกพา (Pulse Oximeter) จำนวน 1 เครื่อง

1. รายละเอียดคุณลักษณะ

1.1 คุณสมบัติทั่วไป

- 1.1.1 เครื่องมีขนาดเล็ก กะทัดรัด น้ำหนักเบา สามารถพกพาเคลื่อนที่ได้
- 1.1.2 จอภาพแสดงภาพสีชนิด LCD หรือ TFT
- 1.1.3 สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ผู้ป่วยเด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่
- 1.1.4 เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย หรือสหรัฐอเมริกา หรือทวีปยุโรป
- 1.1.5 มีเอกสารรับรองคุณภาพมาตรฐาน หรือใบอนุญาตนำเข้า
- 1.1.6 รับประกันคุณภาพการใช้งานปกติ 1 ปี

1.2 คุณสมบัติทางเทคนิค

- 1.2.1 ช่วงของการวัด SpO2 ตั้งแต่ 0 – 100% โดยมีความแม่นยำของค่าที่วัดได้ที่ 70-100% ไม่เกิน +/- 2% หรือละเอียดกว่า
- 1.2.2 ช่วงของการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ตั้งแต่ 20 – 300 ครั้งต่อนาที หรือกว้างกว่า โดยมีความแม่นยำของค่าที่วัดได้ ไม่เกิน +/- 1 ครั้งต่อนาที
- 1.2.3 จอภาพแสดงผลเป็นตัวเลขหรือสัญลักษณ์ %SpO2, Pulse Rate (PR), Trends, Plethysmogram, Alarm Status, Battery
- 1.2.4 มีระบบการเตือนความปลอดภัย สามารถตั้งค่าระบบการเตือนได้ เช่น Low/High SpO2, Low/High Pulse Rate
- 1.2.5 สามารถส่งผ่านข้อมูลจากตัวเครื่องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ Software ได้
- 1.2.6 สามารถบันทึกข้อมูล Trend ได้ที่ 15 นาที, 30 นาที, 4 ชั่วโมง และ 48 ชั่วโมง หรือดีกว่า

2. ราคาากลางในการจัดหา

เป็นเงิน 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

3. ระยะเวลาในการส่งมอบ

ส่งมอบภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

✓
ไว้รอ ชัดทุก
อ.วิมลรา สอนใจ
๑๖/๑๒
๑๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เครื่องหล่อสั่นหัวกรอ จำนวน 1 เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐,๐๐๐.- บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท
ซึ่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เห็นชอบและอนุมัติราคากลางดังกล่าวแล้ว
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
- ๔.๑ บริษัท สยามนิวเทค จำกัด
- ๔.๒ บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด
- ๔.๓ บริษัท บีโวด์ อีโค โซลูชั่นส์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ นายเสถียร แก้วพระปราบ.....
- ๕.๒ นางสาววันทนิษฐ์ ตั้งคนานันท์.....
- ๕.๓ นายวีรากร นิยมญาติ.....
- ๕.๔ นางสาวอภัสรา สุขेमโอช.....
- ๕.๕ นายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล.....

เครื่องหล่อลื่นหัวกรอ จำนวน 1 เครื่อง

1. รายละเอียดคุณลักษณะ

1.1 คุณสมบัติทั่วไป

- 1.1.1 สามารถใช้ได้กับกระแสไฟฟ้าสลับ 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ต
- 1.1.2 มีเอกสารรับรองคุณภาพมาตรฐาน หรือใบอนุญาตนำเข้า
- 1.1.3 รับประกันคุณภาพการใช้งานปกติ 1 ปี

1.2 คุณสมบัติทางเทคนิค

- 1.2.1 สามารถทำความสะอาดและหล่อลื่นหัวกรอได้พร้อมกัน 3 หัว
- 1.2.2 มีระบบแรงดันอากาศเพื่อใช้ในการทำความสะอาด
- 1.2.3 มีส่วนแสดงระดับน้ำยาหล่อลื่น
- 1.2.4 ฝาเปิดด้านหน้าเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

2. ราคาในการจัดหา

เป็นเงิน 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

3. ระยะเวลาในการส่งมอบ

ส่งมอบภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

ว
วิวัฒน์ วัฒนกุล
อรรถ สาเมโธ
อ.พ
อ.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๑๒๘,๘๐๐.- บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๒๘,๘๐๐.- บาท
ซึ่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เห็นชอบและอนุมัติราคากลางดังกล่าวแล้ว
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๔.๑ บริษัท สยามนิเวศ จำกัด

๔.๒ บริษัท ยูแพม คลินิก จำกัด

๔.๓ บริษัท บีโวด์ อีโค โซลูชั่นส์ จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นายเสถียร แก้วพระปราบ.....

๕.๒ นางสาววันทนิษฐ์ ตั้งคนานนท์.....

๕.๓ นายวีรกร นิยมญาติ.....

๕.๔ นางสาวอภิสรรา สุขेमโอช.....

๕.๕ นายแพทย์กิตติ ประมัตผล.....

Handwritten signature and initials: ๘/พ, ๖๓๕ ๒๕๖๑/๓, ๘/ลภ กังเอมโอช

เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง

1. รายละเอียดคุณลักษณะ

1.1. คุณสมบัติทั่วไป

- 1.1.1 เครื่องมีขนาดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
- 1.1.2 สามารถใช้ได้กับกระแสไฟฟ้าสลับ 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ต
- 1.1.3 มีเอกสารรับรองคุณภาพมาตรฐาน หรือใบอนุญาตนำเข้า
- 1.1.4 รับประกันคุณภาพการใช้งานปกติ 1 ปี

1.2 คุณสมบัติทางเทคนิค

- 1.2.1 เป็นเครื่องให้กำเนิดคลื่นอัลตราซาวด์ ความถี่ 1 และ 3 MHz ($\pm 10\%$)
- 1.2.2 สามารถปล่อยคลื่นที่ความเข้มสูงสุด 3 วัตต์/ตารางเซนติเมตร
- 1.2.3 สามารถตั้งค่าเวลาการใช้งานได้สูงสุด 30 นาที
- 1.2.4 เก็บข้อมูลได้อย่างน้อย 10 ข้อมูล
- 1.2.5 มีโปรแกรมการรักษาอย่างน้อย 10 โปรแกรม
- 1.2.6 มีช่วงรูปคลื่น Duty factor ที่ 10 - 100% (เพิ่มขึ้นครั้งละ 10%)
- 1.2.7 สามารถรองรับหัวอัลตราซาวด์ ขนาด 1 และ 5 ตร.ซม.
- 1.2.8 มีระบบกระตุ้นไฟฟ้า รูปแบบคลื่นการรักษาชนิด IF (Interferential) 2-Pole, IF 4-Pole, TENS, EMS, Russian mode
- 1.2.9 สามารถใช้งานระบบอัลตราซาวด์และกระตุ้นไฟฟ้าพร้อมกันได้ (Combination therapy)

2. ราคากลางในการจัดหา

เป็นเงิน 129,800.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

3. ระยะเวลาในการส่งมอบ

ส่งมอบภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

วิภา นิตยกุล ๑/พ
อวิมล สุโขทัย ๒